

No	質問	回答
1	遠方からの参加のため、入札書の提出は郵送で行うことは可能でしょうか。	可能です。 郵送の手順等は「01_(181109修正)入札公告」をご確認下さい。
2	当該CT装置に搭載されている現X線管ユニットの使用カウントを教えてください。 ①Total Tube mAs ②Total Tube Scan Seconds	① 144,465,167mAs ② 390,958.8 sec
3	撤去の際、電源を入れ正常稼働を確認し搬出したいのですがよろしいでしょうか。	撤去の際に、稼働具合を確認することは可能です。 ただし、当該機器は原則として現状渡しとします。また、06_仕様書6(3)のとおり、機器の引渡し後は、その品質について一切の異議を認めません。
4	当該CT装置にはASiR(Advanced Statistical Iterative Reconstruction 放射線被ばく低減技術)は搭載されていますか。	搭載されていません。
5	搬出するフロアの平面図の公開をお願いします。	「07_(参考)平面図」をご確認下さい。