

仕様書

【購入構成品目】

分娩台 一式

(内訳)

分娩台本体

フットスイッチホルダー

IV ポール

搬入・搬出費

【調達物品に備えるべき技術的要件】

1. マット面の高さが、最高位で 105cm 以上であること。
2. 分娩台での患者搬送を考慮し、重量は 250 kg 以下であること。
3. 陣痛・分娩・回復と一貫して対応できる多機能型であり、ベッド形状であること。
4. 支脚器は迅速かつ容易にセットできる機構で、手動で操作ができること。
5. 補助台は介助者が使いやすいよう、任意の位置に調節でき、手動操作で、不要時は収納できること。
6. 支脚器をセットしたまま、マットレス全体をフラットにでき、患者は足を伸ばせること。
7. 台の昇降、背板の傾斜を産婦自身で調節することができるハンドスイッチを有していること。
8. 緊急時に分娩台ごと容易に移動できるよう自在モードと直進モードを選択でき、大型キャスターを有しており、固定も確実であること。
9. フットスイッチは有線仕様であること。
10. 停電時や移動時にも体位の調節ができるように、内蔵バッテリーを有していること。
11. 頭側にヘッドボードを搭載していること。
12. ヘッドボードは緊急時に容易に取り外しができること。
13. ショック体位をとれるように、台全体が縦転傾斜する機能を有すること。
14. サイドフェンスが背板に装備され、不要時は背板の下部にスムーズに収納できること。
15. マットレスは、工具なしで脱着でき、隅々まで清拭できること。

以上