

10 mm 腹腔・胸腔ビデオスコープセット 一式

入 札 仕 様 書

令和5年10月

1. 調達物品及び構成内訳

10 mm 腹腔・胸腔ビデオスコープセット 一式

(構成内訳)

- | | |
|-------------------------|-----|
| 1) 先端湾曲ビデオスコープ 10 mm | 1 台 |
| 2) 滅菌トレイ (先端湾曲ビデオスコープ用) | 1 台 |

2. 調達に備えるべき技術的要件

10 mm 腹腔・胸腔ビデオスコープセット 一式は、以下の仕様の要件を満たすこと。

(性能、機能に関する要件)

- 1) 先端湾曲ビデオスコープ 10 mm については以下の要件を満たすこと。
 - 1-1) 視野角は 100 度以上であること。
 - 1-2) 視野方向は 0 度であること。
 - 1-3) 観察深度は 18 mm 以上、100 mm 以下であること。
 - 1-4) 先端部外径は 10 mm 以上であること。
 - 1-5) 挿入部外径は 10 mm 以上であること。
 - 1-6) 湾曲角は上下左右、各 90 度以上可能であること。
 - 1-7) 有効長は 360 mm 以上であること。
 - 1-8) オートクレーブ滅菌対応が可能であること。
- 2) 滅菌トレイ (先端湾曲ビデオスコープ用) については以下の要件を満たすこと。
 - 2-1) 先端湾曲ビデオスコープの固定が可能で、収納出来る寸法であること。
 - 2-2) オートクレーブ滅菌、エチレンオキサイド滅菌、プラズマ滅菌、過酸化水素滅菌対応であること。

以上