

プレシジョンハンドピース一式

仕様書

沖縄県立八重山病院

想定品目 メーカー：日本ストライカー株式会社

品 名：・システム9 プレシジョンソー ハンドピース

 ・システム9 滅菌バッテリーチャージャー

 ・アタッチメント

 ・バッテリー

そ の 他 想定品目について、同等品による提案を可とする。

 なお同等品とは、外角寸法、形状、材質、定価が相当し、以下の仕様を満たすものを指す。

仕 様

①ハンドピース

仕様	
モデル：	System 9 Stryker Precisionソー (REF 9209-000-000)
寸法：	高さ163 mm、幅41 mm、奥行183 mm

仕様	
重量：	1.09 kg
速度：	16000 cpm (高速モード)、12000 cpm (標準モード)
軌跡：	12度円弧
操作モード：	非連続
デューティサイクル：	30秒オン/120秒オフを5回
サイクル間の休止期間：	3時間
装着部：	製造業者によって定義されたハンドピースとカートリッジの遠位端
装着部の最高温度：	製品安全認証基準に対する試験時に51 °C未満
電源：	電源内蔵式
② アタッチメント REF 9126-110-000：	9.9 V==、1.1 Ah、10.9 Wh
・ 硬質の骨に使用できること REF 9222-110-000：	9.9 V==、2.2 Ah、21.8 Wh
③ 充電器	
保護等級：	洗浄および滅菌中のIPX9
機器形式：	画面にバッテリーの充電回数が表示されること。 ワイヤレス充電が可能であること。

④ バッテリー

- ・ ワイヤレス充電が可能であること。
- ・ リチウム電池が使用されていること。
- ・ バッテリーの充電後の棚置き期間は 45 日以上であること。